



AGAPLESION DIAKONIEKLINIKUM ROTENBURG gemeinnützige GmbH

Sehr geehrte(r) EinsenderIn,

damit eine reibungslose Bearbeitung des von Ihnen eingesandten Beckenkamm- und Knochenmarkmaterials erfolgen kann, bitten wir Sie um die Beachtung folgender Hinweise:

1. **Beckenkammstanzen** werden in Schaffer'scher Lösung fixiert! Dies ist eine schonende Fixierlösung, die wir Ihnen gern zur Verfügung stellen.
Bei Bevorratung der Schaffer'schen Lösung ist eine Aufbewahrung im Kühlschrank bei 4°C erforderlich
2. **Knochenmark** streichen Sie bitte auf Objektträger aus (keine Quetschpräparate). Optimal sind mindestens 5 Ausstriche Knochenmark.
3. Es ist von Vorteil, zusätzlich auch **Blutausstriche** anzufertigen. Sie können uns das Blut sowohl bereits ausgestrichen auf Objektträger zusenden (bitte mindestens 4 Ausstriche), als auch im EDTA- Röhrchen. Die Ausstriche werden dann hier vor Ort angefertigt.
4. Füllen Sie den **Untersuchungsantrag** sorgfältig und gut leserlich aus.
5. **Beschriftung/Kennzeichnung der Proben**
 - Beschriften Sie sämtliche Patientenproben eindeutig mit dem Patientennamen, um Verwechslungen zu vermeiden.
 - Beschriften Sie auch die Objektträger mit den Patientendaten (bitte hier keine Aufkleber verwenden, sondern handschriftlich).
 - bei mehreren Proben: entsprechend analog zu Ihren Angaben auf dem Untersuchungsantrag kennzeichnen (mit I, II, III usw.).
6. **Versand**
 - Bitte benutzen Sie unsere **blauen Versandtaschen**.
(bitte **nicht zutackern**, sondern Verschlussklemme nutzen)
 - Bitte achten Sie darauf, dass die Gefäße gut verschlossen sind und legen Sie sie zusammen mit den dazugehörigen Anforderungsscheinen in die Tüte.
 - **Da die Ausstriche zur Bearbeitung nicht älter als 3 Tage sein sollten, bitten wir Sie um die Versendung von Montag bis Donnerstag!!**

Bei weiteren Fragestellungen nehmen Sie bitte gern mit uns telefonisch Kontakt auf.

Für Ihre Mühe im Voraus herzlichen Dank

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Pathoteam

AGAPLESION DIAKONIEKLINIKUM ROTENBURG gemeinnützige GmbH

Elise-Averdieck- Straße 17
27356 Rotenburg (Wümme)
Tel. 04261-77 3775
Fax: 04261-77 2022